

Das Prüf- und Kalibrierlabor
der TÜV SÜD Industrie Service GmbH

bescheinigt hiermit dem Unternehmen

Schmitz Cargobull AG
Wilhelm-Schickard-Straße
D-48149 Münster

aufgrund der mit positivem Ergebnis abgeschlossenen Prüfung des
Temperaturregistriergerätes vom Typ

CTU-3

gemäß dem Prüfbericht Nr. **1128 TS Rev.3** vom 03.02.2019

dass die Anforderungen der Norm DIN EN12830:2018-10 von den
geprüften Temperaturregistriergeräten eingehalten werden.

Sensortyp	PRO.311 Version 0.2	
Genauigkeitsklasse	2	1
Messbereich	-35 °C bis -20 °C	-20 °C bis +55 °C
Sensortyp	SOTF16278-003	
Genauigkeitsklasse	1	
Messbereich	-35°C bis +55 °C	
Sensortyp	SOTF16278-003.1	
Genauigkeitsklasse	1	0,5
Messbereich	-35 °C bis -20 °C	-20 °C bis +55 °C

Anwendungsbereich: Transport
Software-Verifizierungsstufe: III

Der Hersteller ist berechtigt die Temperaturregistriergeräte mit folgendem
Prüfzeichen zu kennzeichnen:

ATP-MUC 1128 TS

Die Prüfbescheinigung

ist gültig bis: 02.02.2024

(Solange die normativen Anforderungen, die erklärten Einsatzbereiche, das Produkt und die
Herstellungsbedingungen nicht wesentlich verändert werden)

München, den 03.02.2020

Center of Competence
Kälte- und Klimatechnik
Leiter Prüflabor



Andreas Klotz



Sachverständiger



Thorsten Bennert